



T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : E-26270142-513.99
Konu : TİTCK Duyurusu Hk.

4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA

Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde 25.07.2022 tarihinde yayınlanan duyurusunda “Kurumumuzca yürütülen inceleme ve denetimi faaliyetleri kapsamında “Anadolu Tıp Teknolojileri Üretim Paz. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.” tarafından piyasaya arz edilen **Zaracom Lenses marka, Zaracom Ultraflex L (UF60130) model numaralı tüm ürünler** ciddi risk taşıdığı mütalaa edilmiş olup bu kapsamda yürütülen incelemeler tamamlanmaya kadar söz konusu ürünlerin tedbiren piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi durdurulmuş olup ayrıca ürünlerin Kurumumuz Ürün Takip Sistemi'nde ürün hareketlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen ürünlerin mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında kullanımının durdurulması önem arz etmektedir.” şeklinde belirtilmiş olup ilimizdeki eczanelerin bilgilendirilmesi hususunu;

Rica ederim.

Dr. Fazıl YONTAR
Müdür a.
Sağlık Hizmetleri Başkanı

Ek:

1-TİTCK Duyurusu 25.07.2022