



Haberler

• Duyurular

Anasayfa / Duyurular

Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine

25.07.2022 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Kurumumuzca yürütülen inceleme ve denetimi faaliyetleri kapsamında "Anadolu Tıp Teknolojileri Üretim Paz. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş." tarafından piyasaya arz edilen **Zaracom Lenses marka, Zaracom Ultraflex L (UF60130) model numaralı tüm ürünlerin** ciddi risk taşıdığı mütalaa edilmiş olup bu kapsamda yürütülen incelemeler tamamlanıncaya kadar söz konusu ürünlerin tedbiren piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi durdurulmuş olup ayrıca ürünlerin Kurumumuz Ürün Takip Sistemi'nde ürün hareketlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen ürünlerin mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında kullanımının durdurulması önem arz etmektedir.